

令和6年度骨活de健康づくり講座の業務委託
質問回答書

No	設計図書 ページ番号	設計図書 該当箇所	質問内容	回答
1	3	内訳書 指導料 (10) 回	応募者数はどれくらい見込んでおられますでしょうか。	設計書に記載させていただいている通り、講座の募集は、先着順で10事業所を考えています。10回分でお見積りください。
2	3	内訳書 指導料 (10) 回	年間の支援件数はどの程度を想定したらよろしいでしょうか？ (過去のデータなどございましたら、参考までに教えていただけますと助かります)	設計書に記載させていただいている通り、講座の募集は、先着順で10件を考えています。今年度からの事業となりますので、過去の実績はありません。10回分でお見積りください。
3	4	4 業務の概要 (2) 支援内容と実施する専門職	2時間で30～40名の測定+アドバイスとなると、それ相応の人数の配置が必要であると思われるのですが、都度支援先事業所のご担当者様と協議して差配するようなイメージでよろしいでしょうか？	設計図書の4頁に記載させていただいている通り、「アの実施内容」が履行できる「イ実施する専門職」に相当する人員を積算いただければと思います。都度支援先事業所のご担当者様と協議していただく想定ではありません。すべての支援先事業所共通して「アの実施内容」が履行できる「イ実施する専門職」に相当する人員としてお見積りください。
4	4	4 業務の概要 (3) 骨密度測定 ア 使用機器	「委託者が指定する超音波骨密度測定装置を使用」とのことですが、その装置は具体的にどのようなものでしょうか？機器のメーカーや型番などご教示いただければ幸いです	踵骨で測定するタイプの装置で、①SOS（超音波の速度）、②OSI（音響的骨評価値）、③%AGE、④%YAMの結果数値が得られる機器を想定しています。横浜市で貸出し予定している機器は、「富士フィルムヘルスケア株式会社 AOS-100SA」です。
5	4	4 業務の概要 (3) 骨密度測定 イ 機器貸出	上記機器を貴市から貸出いただく場合の一度に貸出いただける台数と貸出期間に制限がございますか？	貸出し台数は、1台です。貸出し期間は、原則、講座実施日を含め8日以内と考えています。講座が連続等で実施される場合は、協議して日程を検討させていただく予定です。
6	4	4 業務の概要 (3) 骨密度測定 イ 機器貸出	また、貸出は有料となりますか？有料の場合、最少単位（期間）での1台あたりの金額をご教示ください	貸出しは、無料です。

No	設計図書 ページ番号	設計図書 該当箇所	質問内容	回答
7	—	—	見積書の様式に指定はございますか？貴市ホームページの【入札のとびら】「物品・委託等の入札・契約に係る様式（財政局提出用）」からダウンロードした入札（見積）書を使用するようでしょうか？	見積書の様式に指定はありません。宛名を「横浜市契約事務受任者」にさせていただく等の記載のルールについては、『物品・委託等の入札・契約に係る様式（財政局提出用）』にあります、入札（見積）書の記載例をご参照ください。 http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/p?job=DownloadList#05